防爆合格证

证　　号：　CCRI 23.7638X

申 请 单 位：　重庆四联测控技术有限公司

地　　址：　重庆市北部新区黄山大道中段 61 号 3 号厂房

产 品 名 称：　调频雷达物位计

型 号 规 格：　MPS7□00 系列

防 爆 标 志：　Ex ia ⅡC T6/T2 Ga

技 术 文 件：　Q/CY 31-2024

图　　号：　0801-0547-01-DRW-01、0801-0548-01-DRW-01、0801-0564-01-DRW-01、0801-0680-01-DRW-01、0801-0686-01-DRW-01、0801-0690-01-DRW-01、0801-0695-01-DRW-01、0801-0871-01-DRW-01、0801-0873-01-DRW-01

备　　注：　见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T3836.1-2021，GB/T3836.4-2021，GB/T 4208-2017

发 证 日 期：　2024 年 2 月 6 日

有 效 期 至：　2029 年 2 月 5 日

批　　准：

煤科（北京）检测技术有限公司

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街 5 号 6 号楼　　电话：010-89268018

防爆合格证查询网址：http://www.ccritc.com.cn/Home

防爆合格证(附页)

证　　号：　CCRI 23.7638X

1. 设备供电需配接与之参数相匹配的关联装置，本安参数为 Ui:30VDC，Ii:100mA，Pi:0.75W，Ci:0μF，Li:0mH。
2. 外壳防护等级：IP66、IP67。
3. 当使用环境温度范围为-40℃≤Ta≤+60℃时，防爆标志为 Ex ia ⅡC T6 Ga；
   当使用环境温度范围为-40℃≤Ta≤+80℃时，防爆标志为 Ex ia ⅡC T2 Ga。
4. 证号后缀“X”表示在 0 区使用时需防止由于冲击和摩擦引起的点燃风险。
5. 本证书可覆盖 MPS7100、MPS7200、MPS7300 型号。
6. 关联检验报告编号：202355919。

煤科（北京）检测技术有限公司
（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。
公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街 5 号 6 号楼　　电话：010-89268018
防爆合格证查询网址：http://www.ccritc.com.cn/Home